



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне
референтне лабораторије
Број: 404-02-288/64/2017-13
Датум: 16. јул 2018. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17

Питање 1:

Питање за партију 9 ставка 7 бројач колонија са извором светла

Молим Вас да појасните да ли је тражени модел аутоматски или мануелни.

Одговор 1:

Тражени модел је мануелни.

Питање 2:

Питање за партију 9 ставка 11

Молим Вас да у складу са изменама документације измените техничке карактеристике-пречистите текст обзиром да је дуплирано и постоје дупле информације.

Верујемо да су захтеви промењени али треба онда прихваћене ставке изменити и ставити као доње границе које би задовољавале Ваше потребе На пример:

11. Механичка мешалица са сталком

- ✓ Стубна мешалица са телескопским сталком и импелером.
- ✓ Мотор са заштитом од прегревања декларисан.
- ✓ Подешени број обртаја остаје исти и при променама отпора.
- ✓ Опсег брзине: од 10 до 2.000 rpm.
- ✓ вискозитет узорка до 100 000 mPa/s.
- ✓ Отпор 60Ncm или више
- ✓ Капацитета мешања min 40 l воде или више
- ✓ LCD дисплеј са приказом броја обртаја, индикацијом степена отпора.

- ✓ Бука при раду не већа од 50 dB.
- ✓ Напајање: 220/230 V; 50/60 Hz.
- ✓ Класа заштите IP 40 или боља.
- ✓ Испоручује се са телескопским сталком опсега висина 750-1010 mm, тежине не мање од 7kg.
- ✓ Испоручује се са импелером пречника не већег од 60 mm са три закривљена крака
- ✓ израђен од AISI 316 челика.
- ✓ Испоручује се са одговарајућом клемом.

Одговор 2:

- ✓ Стубна мешалица са телескопским сталком и импелером.
- ✓ Мотор са заштитом од прегревања декларисан.
- ✓ Подешени број обртаја остаје исти и при променама отпора.
- ✓ Опсег брзине: од 10 до 2.000 rpm.
- ✓ мах. вискозитет узорка 50000mPas.
- ✓ Отпор 60Ncm и Капацитетом мешања до 40l isa IP40 zaštito или за вискозитете до 100,000 mPa/s.
- ✓ LCD дисплеј са приказом броја обртаја, индикацијом степена отпора.
- ✓ Бука при раду не већа од 50 dB.
- ✓ Напајање: 220/230 V; 50/60 Hz.
- ✓ Испоручује се са телескопским сталком опсега висина 750-1010 mm, тежине не мање од 7 kg.
- ✓ Испоручује се са импелером пречника не већег од 60 mm са три закривљена крака
- ✓ израђен од AISI 316 челика.
- ✓ Испоручује се са одговарајућом клемом.

Питање 3:

Питање за LOT 9 СТАВКА 13. магнетна мешалица

Да ли је могуће понудити магнетну мешалицу карактеристика какве сте тражили уз малу измену да

- Минимални пречник 135 mm, Снага 630 W

Одговор 3:

Прихвата се.

- ✓ Капацитета мешања до мин 20 литара воде.
- ✓ Грејна површина направљена од керамике.
- ✓ Минимални пречник плоче: 135 mm.
- ✓ Опсег брзина: 100 -1400 rpm.
- ✓ Температура подесива од 20- 300°C на 1°C.
- ✓ Дисплеј са приказом температуре и брзине.
- ✓ Херметички затворена.
- ✓ Заштита од прегревања.
- ✓ Снага грејања: минимум 630 W.
- ✓ Сет од магнетића у најмање 6 различитих димензија.

Питање 4:

Партија 9 ставка 15

Да ли је довољно онудити боцу са атестом утиснутим на боци?

Одговор 4:

Прихватљиво је.

Питање 5:

Партија 9 ставка 15

Да ли је неопходна сервисна подршка и ауторизација за ову ставку обзиром да се ради о најобичнијој плинској боци?

Одговор 5:

Није неопходно.

Питање 6:

Партија 9 ставка 15

Да ли се Боца испоручује пуна или празна?

Одговор 6:

Боца мора бити пуна.

Питање 7:

Партија 9 ставка 16

Да ли је неопходна ауторизација и сервис за бунзенов пламеник обзиром да се ради о најобичнијем пламенику?

Одговор 7:

Није неопходно.

Питање 8:

Партија 9

Молимо Вас да преформулишете наведени захтев обзиром да хемикалије нису предмет набавке за партију 9.

Понуђач је у обавези да за понуђену лабораторијску опрему, хемикалије и раствараче заједно са понудом, достави каталог, исечак из каталога или произвођачку спецификацију, на српском или енглеском језику и да у њима видно обележи маркером податке који се односе на испуњеност захтеваних техничких карактеристика за опрему, као и квалитета за хемикалије и раствараче (за партију бр. 9). У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Одговор 8:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Измена гласи:

Понуђач је у обавези да за понуђену лабораторијску опрему, заједно са понудом, достави каталог, исечак из каталога или произвођачку спецификацију, на српском или енглеском језику и да у њима видно обележи маркером податке који се односе на испуњеност захтеваних техничких карактеристика за опрему (за партију бр. 9). У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Питање 9:

Питању за партију 9

Ставка 7. Бројач колоније

Да ли сте мислили на аутоматски или мануелни бројач колонија?

У случају да је мануели не постоји могућност повезивања на софтвер.

Одговор 9:

Мануелни је. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако што ће избрисати део „Испоручује се са софтвером и каблом за повезивање са рачунаром“.

Питање 10:

Ставка 8. УВ лампа.

Да ли је неопходан сертификат сервисера и ауторизација за УВ лампу. Обзиром да се ради само о лампи?

Одговор 10:

Потребно је. Остајемо при захтевима.

Питање 11:

Ставка 14. Аутоматски криоскоп

Да ли су димензије битне или се могу занемарити?

Одговор 11:

У спецификацији дато је одступање од 5% (✓ Димензије 30x40x30 (+/- 5cm)).

Сви одговори су саставни део измењене конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ